

Eignungsgeprüfte Messgeräte zur Überwachung der Emissionen leichtflüchtiger Halogenkohlenwasserstoffe gemäß 2. BImSchV

Messobjekt: Trichlorethen - Letzte Aktualisierung: 08.07.2014

Typ/Gerät	Hersteller	Bekanntgabe im	Datum	Nr.	Seite	Hinweise
MECCOS EVS IR 2 für Trichlorethen	Leopold Siegrist GmbH, Karlsruhe	GMBL.	1996	28	595	- Schwellenwert 1 g/m ³
Gasphotometer II	Fresenius Umwelttechnik GmbH, Herten	GMBL.	1998	20	420	- Ergänzungsprüfung - Kontinuierlich 20 mg/m ³ sowie Schwellenwert 1 g/m ³