

Eignungsgeprüfte kontinuierlich arbeitende Emissionsmesseinrichtungen

Messobjekt: Mindesttemperatur - Letzte Aktualisierung: 10.05.2021

| Typ/Gerät | Hersteller | Bekanntgabe im | Datum | Nr. | Seite | Hinweise |
|------------------------------------|---|----------------|------------|-----|-------|---|
| Strahlungspyrometer KT 15.69 | HEITRONICS Infrarot Messtechnik | GMBL. | 2000 | 60 | 1194 | |
| Strahlungspyrometer KT 19.69 | HEITRONICS Infrarot Messtechnik | GMBL. | 2000 | 60 | 1194 | |
| Teilstrahlungspyrometer Metis MY47 | Sensortherm GmbH Infrarot Mess- und Regeltechnik, Sulzbach/Taunus | BAnz AT | 05.03.2013 | B10 | 11 | V., 24. Mitteilung: - alternative Netzspannungsteile - SPS Siemens LOGO® - Sicherheitsschalter zur Unterdrückung Druckluftimpuls |
| | | BAnz AT | 01.08.2016 | B11 | 8 | |
| AGAM Q1 | Bonnenberg & Drescher GmbH, Aldenhoven | Banz AT | 03.05.2021 | B9 | 8 | |

AT = Amtlicher Teil