

## Eignungsgeprüfte kontinuierlich arbeitende Immissionsmesseinrichtungen

**Messobjekt: Benzol - Letzte Aktualisierung: 10.05.2021**

| Typ/Gerät  | Hersteller                       | Bekanntgabe im | Datum      | Nr. | Seite     | Hinweise  |
|--|----------------------------------|----------------|------------|-----|-----------|---|
| GC-U 102 BTX   | Siemens                          | GMBI           | 1995       | 33  | 704       |   |
| airmo BTX 1000   | Airmotec                         | GMBI           | 1996       | 28  | 595       |   |
| CP-7001 BTX Monitor  | Chrompack                        | GMBI           | 1996       | 28  | 595       |   |
| GC 855 Serie 600   | Syntech Spectras                 | GMBI           | 1998       | 20  | 419       |   |
| AR 502-Z mit Kalibriereinheit FC 150                       | OPSIS                            | GMBI           | 2001       | 19  | 388       |   |
| GC 955 Modell 601  | Syntech Spectras,<br>Niederlande | BArz.          | 29.10.2005 | 206 | 1569<br>7 |   |
| Gaschromatograph GC 5000 BTX,<br>Ausführung FID für Benzol | AMA Instruments GmbH,<br>Ulm     | BArz.          | 25.08.2009 | 125 | 2934      |   |
|  |                                  | BArz.          | 02.03.2012 | 36  | 931       | V., 13. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- Hinweis zum Netzteil |
|  |                                  | BArz.          | 02.03.2012 | 36  | 932       | V., 21. Mitteilung:<br>- Zertifizierung                                 |
|  |                                  | BArz AT        | 26.08.2015 | B4  | 19        | V., 52. Mitteilung:<br>- neue Softwareversionen<br>- Hardwareänderungen |
|  |                                  | BArz AT        | 14.03.2016 | B7  | 9         | V., 2. Mitteilung:  |

| Typ/Gerät   | Hersteller                   | Bekanntgabe im | Datum      | Nr. | Seite | Hinweise  |
|---|------------------------------|----------------|------------|-----|-------|---|
|   |                              |                |            |     |       | - neues Verstärkerboard<br>- neuer Temperaturregler                       |
|   |                              | BArz AT        | 31.07.2017 | B12 | 16    | II., 36. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion                            |
|   |                              | BArz AT        | 22.07.2019 | B8  | 8     |   |
| Gaschromatograph GC 5000 BTX<br>Ausführung PID für Benzol | AMA Instruments GmbH,<br>Ulm | BArz.          | 26.01.2011 | 14  | 295   |   |
|   |                              | BArz.          | 02.03.2012 | 36  | 931   | V., 14. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- Hinweis zum Netzteil   |
|   |                              | BArz.          | 02.03.2012 | 36  | 932   | V., 22. Mitteilung:<br>- Zertifizierung                                   |
|   |                              | BArz AT        | 26.08.2015 | B4  | 19    | V., 53. Mitteilung:<br>- neue Softwareversionen<br>- Hardwareänderungen   |
|   |                              | BArz AT        | 14.03.2016 | B7  | 9     | V., 3. Mitteilung:<br>- neues Verstärkerboard<br>- neuer Temperaturregler |
|   |                              | BArz AT        | 31.07.2017 | B12 | 16    | II., 35. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion                            |
|   |                              | BArz AT        | 22.07.2019 | B8  | 8     |   |

| Typ/Gerät  | Hersteller                                 | Bekanntgabe im | Datum      | Nr. | Seite | Hinweise  |
|--|--|----------------|------------|-----|-------|---|
| VOC72M<br>für Benzol   | Environnement S. A.,<br>Poissy, Frankreich | BAnz AT        | 05.03.2013 | B10 | 14    |   |
|  |  | BAnz AT        | 23.07.2013 | B4  | 8     | Berichtigung zum Datum<br>Prüfbericht   |
|  |  | BAnz AT        | 26.08.2015 | B4  | 17    | V., 45. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- Hinweis zur Probengaspumpe<br>und zur Pumpe zur Kühlung der<br>Trennsäulen |
|  |  | BAnz AT        | 26.03.2019 | B7  | 12    | IV., 32. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion  |
| Gaschromatograph GC 955 Modell 601<br>Ausführung PID<br>für Benzol | ENVEA, Poissy/Frankreich                   | BAnz AT        | 31.07.2020 | B10 | 8     | II., 25. Mitteilung:<br>- Firma agiert unter neuem Namen<br>- AMS mit neuem Touchscreen<br>ausgestattet                       |
|  |  | BAnz AT        | 03.05.2021 | B9  | 13    | III., 24. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion   |
|  | Synspec B.V., Groningen,<br>Niederlande    | BAnz AT        | 05.08.2014 | B11 | 11    |   |
|  |  | BAnz AT        | 14.03.2016 | B7  | 9     | V., 1. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- Hardwareänderungen  |
|  |  | BAnz AT        | 15.03.2017 | B6  | 15    | V., 11. Mitteilung:   |

| Typ/Gerät         | Hersteller                | Bekanntgabe im | Datum      | Nr. | Seite | Hinweise  |
|-------------------|---------------------------|----------------|------------|-----|-------|---|
|                   |                           |                |            |     |       | - neue Softwareversion<br>- Hardwareänderung  |
|                   |                           | BAnz AT        | 26.03.2018 | B8  | 7     | V., 3. Mitteilung<br>- neue Softwareversion<br>- Mindestanforderungen DIN EN 14662-3 aus 2016 |
|                   |                           | BAnz AT        | 26.03.2019 | B7  | 20    | IV., 76. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- neue Steuerplatine                        |
|                   |                           | BAnz AT        | 03.05.2021 | B9  | 19    | III., 59. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion<br>- neues Betriebssystem,<br>Touchpanel      |
| VOC72e für Benzol | ENVEA, Poissy, Frankreich | BAnz AT        | 07.05.2020 | B8  | 2     |   |
|                   |                           | BAnz AT        | 03.05.2021 | B9  | 13    | III., 23. Mitteilung:<br>- neue Softwareversion   |

AT = Amtlicher Teil